

学校名称	采购年度	仪器类别	分类代码	仪器名称	推荐规格	数量	单位	单价(元)	分项总价(元)
南通市北城中学	2025	其他教学专用设备	39999999900	白光手电筒	可变焦强光手电，液晶数显	8	件	32	256
南通市北城中学	2025	学科专用仪器设备	30307501500	光的传播、反射、折射实验器	整体式结构，优质圆形光学塑料演示刻度盘，直径为 $\Phi 148\pm 2\text{mm}$ ，可 360 度旋转观察，光屏转动由手轮控制。光屏屏面被平分为四个相同的四分之一圆，每个四分之一圆均有 0 度到 90 度的清晰刻线，半导体激光笔光源，电池盒一体化。技术要求：1、工作电压：DC3V；工作电流：3mA；额定功率：3mW；光源波长：635nm；附配件：水槽 1 个。	20	套	80	1600
南通市北城中学	2025	其他教学专用设备	39999999900	凸透镜成像实验器	双凸透镜，直径 40，焦距 100mm，含金属杆	60	件	8	480
南通市北城中学	2025	学科专用仪器设备	30311002901	小孔成像实验器	(一)适用范围、型号规格： 适用于科学教实验教学用。 (二)技术要求： 1. 产品由蜡烛、小孔板、毛玻璃、及底座组成。 2. 其余应符合 JY 0012 第 5 章的有关要求。	60	套	16	960
南通市天生港学校	2025	学科专用仪器设备	30307201601	波动弹簧	扁钢丝弹簧，表面电镀处理。弹簧外径不小于 66mm，圈数不小于 160。	1	个	70	70

南通市天生港学校	2025	测量专用设备	30299003200	二氧化碳传感器	二氧化碳传感器：量程:0~50000ppm，分辨率：1ppm；接口为 TYPE-C 接口，连接传感器无需辨认方向。（支持有线通讯和无线通讯方式，可在 windows 和安卓系统下进行实验）	1	只	1950	1950
南通市天生港学校	2025	学科专用仪器设备	30307101300	浮力原理演示器	1、大水槽 1 个，用透明材料制成，表面 0~300 刻度，规格不小于 $\Phi 110 \times 300$ (mm)，在大水槽的底部分隔一个小水槽，规格不小于 $\Phi 70 \times 90$ (mm)。2、排气管 1 个在小水槽上部侧面的位置、进气口在小水槽的底部。3、浮体附配重物 5 个，直径 49mm、高 17mm。4、附浮胶管 1 根。	1	套	44	44
南通市天生港学校	2025	一般教学仪器设备	30199007801	恒温培养箱	工作室尺寸：宽 300*深 300*高 380mm，不锈钢内胆，容积约 35L（一根发热管），功率 300W，温控范围：室温~60℃，电源 220V，外形尺寸：宽 382*深 360*高 555mm，数显温度，有箱体、温度指示仪表、控制系统，配隔板 2 块。恒温培养箱温度均匀性误差为 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。两次温差不大于 8℃。观察窗直径 145mm.	1	只	980	980
南通市天生港学校	2025	学科专用仪器设备	30307102400	流体流速与压强关系演示器	由快慢流速管(1 支)、 U 形管(2 个)、滴管（1 支）、示教板、乳胶管、底座组成。示教板为铁制，表面烤白漆，规格：440mm $\times$ 280mm。底座为铁制，表面烤黑漆，规格（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）：440mm $\times$ 120mm $\times$ 18mm。	1	套	108	108
南通市天生港学校	2025	学科专用仪器设备	30307101600	潜水艇浮沉演示器	1. 产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。 2. 透明球体直径 $\geq 70\text{mm}$ 。 3. 吸排气筒容量：0~20ml。 4. 透明塑胶管长度 $\geq 20\text{cm}$ 。	1	套	20	20

					5. 各处配合无漏气现象。				
南通市天生港学校	2025	模型	30409203001	人体呼吸运动模型	电动式	1	件	560	560
南通市天生港学校	2025	学科专用仪器设备	30307106400	斜面小车	仪器由斜面板、支架滑轮、小车（小车尺寸不小于 120×78×40，顶部有 6 只砝码孔，车轮固定采用铜质材料）、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成	1	套	140	140
南通市天生港学校	2025	测量专用设备	30299003500	压强传感器	压强传感器（气压传感器）量程：0~700kPa，分辨率：0.1kPa；接口为 TYPE-C 接口，连接传感器无需辨认方向。（支持有线通讯和无线通讯方式，可在 windows 和安卓系统下进行实验）数据采集器：1. 支持 6 通道 TYPE-C 接口并行采集，单通道最高采样率 200kHz，数字采样率 0.1 μs； 2. USB 供电，预留 5VDC 接口，为采集器提供外部电源； 3. 具备 2 路 USB-A 型接口，可以外接 USB 设备，也可以级联采集器使用； 4. 采集器级联状态下最多支持 18 路传感器同时实验； 5. 采用 USB2.0 标准传输数据，采用 USB-B 型接口与 pc 或者 pad 连接之用； 6. 采集器模拟采样分辨率 12-bits，数字采样分辨率 0.1 μs； 7. 传感器即插即用，不区分模拟和数字通道使	1	只	1670	1670

					用，所有接口具备防静电 TVS。				
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

南通市天生港学校	2025	学科专用仪器设备	30307104600	压强与浮力实验箱	器材清单 压强实验海绵*1、多彩压强小桌子*1、功能指环*3、亚克力管（$\Phi 40*58\text{mm}$）*3、侧壁压强实验底座*1、紫铜平头实心铆钉*3、微小压强计*1、液体内部压强演示器*1、进口橡皮筋*1、气球*1、玻璃连通器（外购）*1、白色细棉线*1、电子手提称*1、塑料直尺*1、硅胶堵帽*1、阿基米德重物*1、阿基米德溢水杯*1、阿基米德测量桶*1、潜水艇球*1、帕斯卡球*1、海洋球*2、双面胶*1、桌面收纳盒（小号水槽）*1、锥形瓶（100ml）*1、玻璃直导管（$\Phi 8\text{mm}$）*1、红色颜料（10ml）*1、硅胶塞/橡胶塞*1、简易活塞式抽水机*1、硅胶管*1、一次性针筒/注射器（30ml）*1、50g 金属钩码*1、圆筒测力计*1、1000ml 塑料量杯*1、300ml 储物盒*1 等。 实验清单 1. 压力的作用效果跟什么因素有关；2. 探究液体侧壁的压强；3. 探究液体内部压强的特点；4. 探究连通器的工作原理；5. 测量大气压；6. 探究浮力的大小等于什么；7. 潜水艇工作原理；8. 帕斯卡球实验；9. 自制气压计实验；10. 活塞式抽水机原理；11. 探究影响浮力的因素等实验。	1	套	1034	1034
----------	------	----------	-------------	----------	--	---	---	------	------

南通市天生港学校	2025	测量专用设备	30299003300	氧气传感器	氧气传感器：量程:0~100%，分辨率：0.1%；接口为 TYPE-C 接口,连接传感器无需辨认方向。(支持有线通讯和无线通讯方式，可在 windows 和安卓系统下进行实验)	1	只	1372	1372
南通市天生港学校	2025	模型	30409301100	遗传规律磁性演示块	产品由演示板及基因磁片组成。演示板边缘铝合金包边，正面为铁质，背面为木板，尺寸约为 570mm×410mm。基因磁片为磁性橡胶制成，尺寸为 75mm×55mm，能牢固的吸附在演示板上，共 43 片。	1	件	190	190
南通市天生港学校	2025	模型	30407002301	照相机原理模型	光学。塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。3、机身尺寸：125mm×45mm×75mm。4、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：100mm×65mm.	1	套	32	32
南通市天生港学校	2025	学科专用仪器设备	30313001600	种植槽	长方形花盆	1	只	24	24
南通市天生港学校	2025	标本	30508000500	复合材料标本	木盒精装，标本内容为：复合地板、铝塑管、电线、导电掩码版、钛合金、人造革、玻纤耐碱网布、复合肥、环氧复合材料 9 种。标本盒规格约 185mm×128mm×30mm，，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，装有锁扣。	2	盒	30	60
南通市天生港学校	2025	学科专用仪器设备	30308000803	溶液导电演示器	电表式，10 mA，DC6 V，串联电位器 1 k Ω ，电阻 560 Ω 。五组溶液同时比较，1×7 开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极。	2	台	230	460

南通市天生港学校	2025	试剂	30763025001	无水乙醇	500ml/瓶	5	毫升	26	130
南通市天生港学校	2025	学科专用仪器设备	30307501400	平面镜成像实验器	由平面镜 1 个、平面镜支架 1 对、带刻度三角尺、像物 2 个组成。平面镜尺寸约：120mm×70mm，厚度 5mm。	20	套	10	200
南通市天生港学校	2025	玻璃仪器	30605007103	试管刷	直径 18mm	20	个	2	40
南通市天生港学校	2025	玻璃仪器	30605007101	试管刷	直径 12mm	20	个	2	40
南通市天生港学校	2025	标本	30509003400	蚕豆叶下表皮装片	1、标本取材于新鲜的，气孔开放的蚕豆叶。2、标本在 80 倍和 200 倍生物显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。3、能看清不规则的下表皮细胞及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔，能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。符合 JY73-82、JY67-82 规定	25	片	2	50
南通市天生港学校	2025	标本	30509005501	黑藻叶装片	J43224 型, 显示细胞核和叶绿体	25	片	2	50
南通市天生港学校	2025	试剂	30750003601	溴麝香草酚蓝	10g/瓶	25	克	10	250
南通市天生港学校	2025	标本	30509003501	植物细胞有丝分裂装片	1、标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，在 400 倍生物显微镜下观察植物细胞有丝分裂的各期表现。2、能分清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐约可见。符合 JY83-82 规定	25	片	2	50
南通市天生港学校	2025	玻璃仪器	30604001112	滴瓶	棕色，60mL	30	个	3.8	114

南通市天生港学校	2025	玻璃仪器	30604001102	滴瓶	无色，60mL	30	个	3.6	108
南通市第二中学	2025	玻璃仪器	30605006705	洗耳球	60mL 橡胶材质	2	个	8	16
南通市第二中学	2025	玻璃仪器	30602001001	烧杯	玻璃制，容量 1000mL	4	个	15	60
南通市第二中学	2025	学科专用仪器设备	30307206400	玻意耳定律演示器	供高中物理教学课堂演示用，用于验证玻意耳-马路特定律和理想气体状态方程。结构：由尺度板、U 型玻璃管、压力表和加压气囊、底座等组成。1. 尺度板采用厚度 1mm 金属材质一次成型，规格：432mm×152mm×10mm；板为白底红字，刻线中线为“0”刻线、两边刻线为 20cm、每 1cm 一个刻线、10cm 为一大刻线，数字分别为“0”、“5”、“10”、“15”、“20”，在尺度板上固定一 U 型管，U 型管外径 20mm，两中心距为 60±3mm，长度不小于尺度板的长度尺寸，U 型管口一端密封连接乳胶管橡胶塞及玻璃弯管，玻璃弯管外径 8mm，长不小于 35mm；另一端密封 2.5 级 0.1 圆形负压表，表与管之间应有放气阀门。2. 底座采用厚度 1.2mm 金属材质一次成型，规格：265mm×143mm×20mm，表面烤黑漆。	5	套	160	800

南通市第二中学	2025	学科专用仪器设备	30307301400	感应起电机	1、环境温度：-10~40℃。2、起电盘直径：275mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。	7	台	360	2520
南通市第二中学	2025	器材	30807001701	打点计时器用纸带	宽度 17.5mm，圆盘直径 80mm，电火花计时器、电磁打点计时器通用。	10	捆	10	100
南通市第二中学	2025	玻璃仪器	30602001001	烧杯	玻璃制，容量 500mL	10	个	6.9	69
南通市第二中学	2025	玻璃仪器	30605006705	洗耳球	60mL 橡胶材质	15	个	8	120
南通市第二中学	2025	玻璃仪器	30601000507	移液管	玻璃制，容量 5mL	15	支	3.6	54
南通市第二中学	2025	一般教学仪器设备	30199004502	学生显微镜	1、总放大倍数：200X。 2、观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可 45° 倾斜。 3、目 镜：H12.5X。 4、物 镜：消色差 16X。 5、载物台：固定金属方平台，尺寸 84mm×88mm；切片夹。 6、调焦机构：粗调范围 20 mm。 7、光源：平凹反光镜 φ 44mm。 8、包装：泡沫，纸箱。	17	台	230	3910
南通市第二中学	2025	玻璃仪器	30602000203	具支试管	φ 18mm×180mm	20	支	1.7	34

南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307402000	电磁铁实验器	产品由螺旋管 3 支、铁芯 2 支、连接片 1 个、衔铁 1 个、铃声 1 个及塑料盒组成。1. 铁芯直径 5mm，长 47mm。2. 线圈骨架长 44mm，为弹簧装置。3. 箱体尺寸：116mm×77mm×28mm。	1	台	24	24
南通西藏民族中学	2025	柜	60503020201	毒害品储存柜	仪器尺寸：900 mm×500 mm×1850mm 柜体采用 1.0-1.2mm 冷轧钢板，底板采用 2mm 冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； 内胆采用阻燃耐腐蚀 PVC 板材，柜体内外层填充有防火隔热棉；柜底部设置 90*50*145mm 进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体底部设 h=145mm 黄沙(防倒) 档板，柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品； 柜底装有四个可移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有 2 个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。内部采用三层 PVC 材质台阶式搁板，整体成型，台阶高度不小于 55mm，每层搁板前带有积液槽及不低于 6mm 的档边，搁板配有三色标示，整机内壁采用 PVC 材质，顶置 150 排风扇并带有 150/160 通用排风接口，底部配有不锈钢阀门，柜门与门框间安装红色防火膨胀密封条，出风口带单向阀及密封胶圈。控制开关设置在柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。仪器采用双门双锁配置，机械和密码锁各一。	1	个	4800	4800

南通西藏民族中学	2025	模型	30408000801	二氧化碳晶体结构模型	球直径不小于 25mm	1	套	118	118
南通西藏民族中学	2025	模型	30408000102	分子结构模型	演示用, 氢原子球直径不小于 23mm, 其他原子球直径不小于 30mm	1	套	184	184
南通西藏民族中学	2025	模型	30408001001	金属晶体结构模型	球直径不小于 30mm	1	套	156	156
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307407300	可拆变压器	1、单相芯式结构, 铁芯以优质钢矽片冲制并经绝缘处理, U 型铁芯及条形铁轭为可拆式。2、线圈骨架用塑料压制。3、可演示远距离输电、变压器效率, 还可进行变压器初、次级线圈间电压和电流与匝数关系的定量演示。	1	台	264	264
南通西藏民族中学	2025	模型	30408000502	氯化钠晶体结构模型	球直径不小于 30mm	1	套	148	148
南通西藏民族中学	2025	模型	30408000701	氯化铯晶体结构模型	球直径不小于 30mm	1	套	220	220

南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30313000500	木工工具箱	1、钢卷尺 1 个：5m 钢卷尺，工程塑料透明外壳，抗摔，喷塑尺带，刻度清晰，活动尺钩，自动归零，带刹车功能；2、木工凿 1 个：12mm，塑柄，通体穿心，耐敲击，凿体采用优质 45 号钢淬火，刃口锋利，强度高，凿体长度 205mm；3、螺丝刀 1 把：4 寸十字，总长 200mm，刀杆 6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；4、螺丝刀 1 把：4 寸一字，总长 200mm，刀杆 6*100mm，双色防滑手柄，刀头热处理加硬，带磁性；5、水平尺 1 个：鱼雷式，ABS 尺身 228mm 长，三水泡，可横向、纵向、45。三种测量；6、木工锉 1 个：8 寸，全长 305mm，锉体长 200mm，双色防滑胶柄，中齿，优质轴承钢锻造；7、剪刀 1 把：长度 210mm，多用途剪刀，不锈钢剪体，外壳采用工程塑料包塑，强度高，防磨手；8、勾刀 1 把：ABS 刀身，不含刀片刀身长度 140mm，刀片固定后全长 162mm/用于切割有机玻璃板、薄形木板等，可悬挂后盖内含 2 片备用刀片；9、钢丝钳 1 把：6 寸钢丝钳，全长 160mm，PVC 双色柄，采用 45#碳钢精工锻造，钳口淬火热处理，双面精抛处理；10、美工刀 1 把：全长 170mm 通用美工刀，带刹车，手柄防滑设计；11、G 形木工夹 2 个：2 寸焊接木工夹，加厚钢板，不断裂，广泛用于夹木工作业木料等；12、直角尺 1 个：铝合金底座长度 110mm，不锈钢尺板长度 305mm，90 度角度，表	1	套	180	180
----------	------	----------	-------------	-------	---	---	---	-----	-----

					面蚀刻工艺，刻度清晰； 13、油石 1 块：6 寸（150*50*25mm），粗细双面油石，适于修磨木工凿子、木工刨、雕刻刀等；14、折叠锯 1 把：ABS 锯柄长 180mm，SK5 材质锯片长 140mm，三面开刃，刃口淬火热处理，锯切锋利；15、羊角锤 1 把：锤头重 250g，钢管柄，锤头淬火热处理，硬度高，柄为无缝钢管设计，强度高，不开裂，不掉头，手柄套胶套，防震，抗磨； 16、木工刨 1 个：110*45*30mm 迷你型刨子，硬木刨床，合金钢刨刀，刀宽 30mm，适合木制小件的修刨、修边等； 17、木工铅笔 1 支：木工专用，黑色； 18、鸟刨 1 把：全钢型鸟刨，刨体长度 205mm,刨刀淬火热处理，已开刃，适于刨削小型木料，操作简单，易学易掌握； 19、墨斗 1 个：全封闭式手卷墨斗，加长墨线，工程塑料外壳，强度高，带墨汁 1 瓶；工具 20、工具箱 1 个：中空吹塑工具箱，尺寸 450*340*90mm，实现本套工具的定点定位存放，加厚型，抗摔防水；				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

南通西藏民族中学	2025	模型	30409299900	其他人体生理模型	人体消化系统模型	1	件	440	440
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307407000	手摇三相交流发电机	演示三相交流电。结构由定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、木质底座（368mm×282mm×17mm）、Y/△接线板、Y接法负载板和三相不平衡中性线带点负载板、传动齿轮、△接法负载板、接线板：168mm×17mm×3mm，二、用途：演示三相交流电的产生和三相电路的连接法，并可作为小功率低压三相电源。三、技术特点：励磁电压为6V，转速：1500转/分，输出频率为25Hz。	1	台	465	465
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307407400	小型变压器	电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成。	1	套	66	66

南通西藏民族中学	2025	柜	60503020301	易燃品存放柜	仪器尺寸：900 mm×500 mm×1850mm 柜体采用 1.0-1.2mm 冷轧钢板，底板采用 2mm 冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；内胆采用阻燃耐腐蚀 PVC 板材，柜体内外层填充有防火隔热棉；柜底部设置 90*50*145mm 进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体底部设 h=145mm 黄沙（防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品；柜底装有四个可移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有 2 个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。内部采用三层 PVC 材质台阶式搁板，整体成型，台阶高度不小于 55mm，每层搁板前带有积液槽及不低于 6mm 的档边，搁板配有三色标示，整机内壁采用 PVC 材质，顶置 150 排风扇并带有 150/160 通用排风接口，底部配有不锈钢阀门，柜门与门框间安装红色防火膨胀密封条，出风口带单向阀及密封胶圈。控制开关设置在柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。仪器采用双门双锁配置，机械和密码锁各一。	1	个	4800	4800
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307403401	阴极射线管	演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。	1	个	260	260

南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307500200	凹面镜	焦距 -50mm, 误差 ± 2 , 直径为 $\varnothing 50\text{mm}$	2	个	11	22
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30311000600	杠杆尺及支架	产品由杠杆尺、支架杆、底座等构成。底座采用塑料注塑成型, 外形尺寸: $170\text{mm} \times 80\text{mm} \times 13\text{mm}$, 底座中间有一孔, 用于固定支架用。支架杆采用塑料注塑成型, 外形尺寸: 高 210mm , 上端为圆弧, 宽 15mm , 下端宽 24mm , 整体厚度为 8mm 。杠杆尺的有效长度不小于 500mm , 杠杆两侧分别标有数字, 每 1cm 一小刻线、 5cm 一大刻线、并标有数字 (分别为 5、10、15、20、25), 在大刻线处下应有一挂孔, 孔径 4.5mm 。尺的两端为调平螺母, 调平螺母重量不大于 8g 。	2	个	12	24
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307105300	滚摆	1、滚摆摆体 (摆轮和摆轴)、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮 $\varnothing 115\text{mm}$ 。摆轴 $\varnothing 8\text{mm}$, 长 160mm , 轴上两个穿线孔距离 140mm , 穿线孔径 $\varnothing 1.5\text{mm}$ 。支柱高 350mm , 横梁长 240mm 。3、摆轴对摆轮的垂直度公差为 0.5mm 。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差 0.5mm 。5、摆体重心偏移轴线公差为 0.5mm 。6、摆轴镀铬。底座应稳固, 表面涂漆, 支柱表面应作防锈处理。	2	个	60	120
南通西藏民族中学	2025	其他教学专用设备	39999999900	红胶头	100 个/包	2	袋	36	72

南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307401800	蹄形电磁铁	产品由U型铁芯、两个线圈和衔铁组成。1、铁芯直径11.5mm，两端中心距45mm，高110mm，带挂钩。2、线圈绕线长度44mm，有绕向标志。3、衔铁厚度2mm，带挂钩。	2	组	32	64
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307500300	凸面镜	焦距75mm，误差 ± 2 ，直径为 $\varnothing 50\text{mm}$	2	个	11	22
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307401600	演示原副线圈	1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 原线圈：内径 $13\pm 0.5\text{mm}$ ，外径 $22\pm 1\text{mm}$ ，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。3. 副线圈：内径 $35\pm 1\text{mm}$ ，外径 $49\pm 1\text{mm}$ ，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。4. 铁芯： $\Phi 12\text{mm}$ ；长度80mm。5. 外形尺寸： $66\text{mm}\times 66\text{mm}\times 110\text{mm}$ 。6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。	2	套	30	60
南通西藏民族中学	2025	器材	30807001501	滚珠盒	自行车小滚珠200粒，钢球直径为4mm，自封袋封装，塑料盒外包装。	3	盒	20	60
南通西藏民族中学	2025	器材	30801000702	木条	燃烧的木条 直径2mm圆木条，长度20cm 一包100根	3	包	45	135

南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307101000	阿基米德原理及其应用实验器	产品由透明溢杯、浮桶、塑料桶、圆柱体、铝柱二个组成。透明溢杯Φ65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长不小于15mm；塑料桶为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺、底部有挂环；浮桶为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：Φ35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm，一端有挂环，铝柱直径30mm、厚10mm，其中一个有挂环。	5	套	20	100
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307100900	阿基米德原理实验器	产品由筒、圆柱体、溢液杯等组成。透明溢液杯内径65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长不小于15mm；透明筒筒内径50mm，高约50mm；圆柱体外径50mm，高约50mm，内装细砂，上部带挂环。	5	套	18	90
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307109300	液体压强与深度关系实验器	组装式。产品由透明外筒、塑料接水槽、透明塑料深度实验筒及压强计等组成。1、透明外筒尺寸：外径104mm±1mm，高152mm±1mm。厚2mm±0.5mm。2、塑料接水槽尺寸为：200mm×125mm×35mm。3、透明塑料深度实验筒尺寸为：外径约30mm，高约190mm。	6	套	26	156
南通西藏民族中学	2025	一般教学仪器设备	30199000401	打孔器	采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm. 8mm. 10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm. 6mm. 8mm	9	套	8	72

					的圆孔。				
南通西藏民族中学	2025	试剂	30710000401	大理石	500g/瓶	10	瓶	15	150
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30311001000	弹簧片	不锈钢, 100*10*0.3mm	10	套	2	20
南通西藏民族中学	2025	试剂	30751009104	定性滤纸	快速, 150mm	10	盒	18	180
南通西藏民族中学	2025	一般教学仪器设备	30199005102	放大镜	手持式, 有效通光孔径不小于 30mm, 5 倍	10	个	5	50
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307100201	立方体组	1. 由铜、铁、铝、木材四种材料组成; 2. 四种材料均为 25mm。3. 木质致密, 表面平整光滑, 铁件电镀处理。4. 塑料盒包装。	10	套	44	440
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307100701	螺旋弹簧组	1、由钢丝绕成的螺旋弹簧 5 种一组组成。2、5 种螺旋弹簧拉力限量分别为: 5N, 3N, 2N, 1N, 0.5N。弹簧直径分别为: 1mm、0.9mm、0.8mm、0.6mm、0.5mm。	10	组	18	180
南通西藏民族中学	2025	器材	30807001701	学生实验纸材	材料由打点纸带 (电磁打点和电火花通用)、墨粉纸 (电火花用)、坐标纸 5 张、复印纸 5 张组成。纸盒包装。	10	套	13	130

南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307205700	油膜实验器	产品由油酸、无水酒精、盛水盘、刻度板、石松粉、针筒等组成。1. 盛水盘采用塑料注塑成型，盛液尺寸不小于 245mm×245mm×30mm，并有刻度板限位机构；2. 刻度板采用透明有机玻璃制成，刻度板表面印有刻线方格，最小方格为 5mm，其中两个边上有毫米刻线，刻线清晰、无断线。	10	套	30	300
南通西藏民族中学	2025	器材	30820000100	园林铲	铲由金属铲面和木手柄组成，铲面尺寸：120mm×65mm，厚度 1mm，铲前面为尖形。手柄直径 20mm，长 85mm。	10	件	8	80
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30307100101	圆柱体组	以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径 20mm，高 32mm。塑料盒定位包装。	10	套	24	240
南通西藏民族中学	2025	器材	30801005800	枝剪	1. 枝剪总长 180mm，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。2. 剪刀应采用优质钢制成，有弹簧自动张开。3. 刀柄后端有合口装置。	10	个	8	80
南通西藏民族中学	2025	医疗设备	40206010207	注射器	100mL	10	套	6	60
南通西藏民族中学	2025	学科专用仪器设备	30308001000	中和热测定仪	仪器尺寸 85*85*125mm，有机玻璃外壳及上盖，隔热温层，内圆筒 ϕ 50mm×高 70mm，配有一支 0~100℃红水温度计，以及有机玻璃环形搅拌器等部件组成。	12	套	58	696
南通西藏民族中学	2025	试剂	30751009102	定性滤纸	快速，90mm	20	盒	15	300

南通西藏民族中学	2025	一般教学仪器设备	30101000801	试管架	1. 产品由顶板、底板、插杆组成, 8 孔、8 柱, 全塑料制。2. 顶板外形尺寸: $250 \times 28 \times 4.5$ (mm), 8 孔分布均匀, 孔径 19.5mm。3. 底板外形尺寸: $250 \times 60 \times 5$ (mm), 底板 8 个凹槽应与顶板 8 孔同心, 孔深约 2mm。4. 插杆为长 36mm, 直径 10mm, 与底板孔对应成排。	20	个	9	180
南通西藏民族中学	2025	测量专用设备	30299000811	指南针	学生用, 圆形, 透明硬质塑料表面, $\Phi 30$ mm。	20	个	4	80
南通西藏民族中学	2025	医疗设备	40206010206	注射器	50ml	20	套	4	80
南通西藏民族中学	2025	玻璃仪器	30605005203	玻璃弯管	L	30	个	1	30
南通西藏民族中学	2025	玻璃仪器	30605005203	玻璃弯管	Z	30	个	1	30
南通西藏民族中学	2025	玻璃仪器	30605005203	玻璃弯管	乙	30	个	1	30
南通西藏民族中学	2025	玻璃仪器	30601000104	量筒	25mL	30	个	3	90
南通西藏民族中学	2025	玻璃仪器	30605006302	乳胶管	外径 6mm、内径 4mm	30	米	5.4	162
南通西藏民族中学	2025	玻璃仪器	30602001004	烧杯	玻璃制, 容量 25mL	30	个	1.3	39
南通西藏民族中学	2025	玻璃仪器	30605000600	试管夹	铁质 烧瓶夹	30	个	10	300
南通西藏民族中学	2025	测量专用设备	30202000304	托盘天平	100g, 0.1g	30	台	56	1680

南通西藏民族中学	2025	器材	30801005000	小刀	金属刀片，塑料手柄	30	个	1	30
南通西藏民族中学	2025	玻璃仪器	30605004202	药匙	中号 135mm，一端带小勺	30	个	1	30
南通西藏民族中学	2025	标本	30509006300	衣藻装片	1. 产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构； 2. 应显示衣藻为单细胞，球形或卵形； 3. 应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛； 4. 标本染色清晰，分色适当，色泽协调； 5. 材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩； 6. 在 100× 镜下的任一视野内，衣藻数不少于 20 个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的 1/5。	30	片	2	60
南通西藏民族中学	2025	玻璃仪器	30602001203	锥形瓶	150mL	30	个	5.1	153
南通西藏民族中学	2025	玻璃仪器	30602001205	锥形瓶	200ml	30	个	10.8	324
南通西藏民族中学	2025	器材	30807000800	1 号电池	1 号电池	40	组	5	200
南通西藏民族中学	2025	学科专用设备	30309001701	解剖镊	尖头，125mm	50	把	10	500
南通西藏民族中学	2025	玻璃仪器	30605006101	橡胶塞	6#	50	个	1.1	55

南通西藏民族中学	2025	玻璃仪器	30605006101	橡胶塞	5#	50	个	0.9	45
南通西藏民族中学	2025	医疗设备	40206010205	注射器	30ml	50	套	3	150
南通西藏民族中学	2025	器材	30807000901	电珠(小灯泡)	2.5V 或 3.8V	100	个	1	100

南通市启秀市北学校	2025	学科专用仪器设备	30307504000	光学实验箱	器材清单 光学小孔板*3、光学底座模块*4、300ml 储物盒*1、淀粉（20g）*1、激光笔（新款）*1、光的反射原板*1、双面胶*1、彩色蜡烛*2、光学凹透镜板 (F=-70)*1、玻璃棒(定制)*1、玻璃平面镜*1、烧杯(定制)*1、光学折射玻璃(矩形)*1、潜望镜(圆形)*1、光源盒框体*1、玻璃三棱镜*1、F 板*1、光学凸透镜板 (F=60mm)*1、多功能光源*1、光学底板 324mm*1、白板*1、塑料直尺*1、电源适配器（DC4.2V/0.5A）*1 等。 主要器材配置 多功能光源：规格 85mmx80mmx68mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光。内置大功率 LED 发光二极管，可调强、中、弱；含红、蓝、黄三色 LED 发光二极管，可实现从单色到多色的演示；并内含 3 个一字激光发射头，可实现由单到多，任意组合式发射，并且发射出的光线成一字状；且内置锂电池，无需连接外部电源即可单独进行工作，省时方便，电量不足时使用配套的电源适配器即可进行充电。 光学凸透镜板 (F=60mm)：工业级光学玻璃，外形尺寸$\varnothing$ 50mm，灰色，焦距 60mm 凸透镜置于镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。 小学光学凹透镜板 (F=-70)：工业级光学玻璃，外形尺寸$\varnothing$ 50mm，灰色，焦距 70mm 凸透镜置于	2	套	714	1428
-----------	------	----------	-------------	-------	---	---	---	-----	------

					镜片环中，与挡环配合使用，可完成多种光学实验。 光学底座模块：规格 17.5mmx39mmx30mm，材质：ABS，工艺：模具注塑成型，表面处理：亚光。与光具座导轨可实行即插即拔式连接，并支持在光具座导轨上水平任意滑动。 实验清单 1. 光是如何传播的；2. 探究光反射时的规律；3. 漫反射的研究；4. 探究平面镜成像的特点；5. 研究凸透镜和凹透镜；6. 探究光的折射；7. 探究潜望镜的工作原理；8. 光的色散；9. 光的三原色；10. 投影仪成像原理；11. 小孔成像实验；12. 测量凸透镜的焦距等实验。				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

南通市启秀市北学校	2025	学科专用仪器设备	30307305800	初中电学演示箱	器材清单 磁吸式电压表 1 块，磁吸式电流表 1 块，20 欧滑动变阻器 1 个，50 欧滑动变阻器 1 个，磁吸式灯座 3 个，磁吸式单刀单掷开关 3 个，磁吸式单刀双掷开关 2 个，磁吸式演示电动机 1 个，磁吸式 5 欧定值电阻 1 个，磁吸式 10 欧定值电阻 1 个，磁吸式 15 欧定值电阻 1 个，磁吸式 20 欧定值电阻 1 个，未知电阻 1 个，磁吸式电池盒 4 个，电铃及电磁铁 1 个，安培力实验器 1 个，安培力导体 1 个，U 型磁铁 1 个，磁吸式电阻定律演示器 1 个，香蕉插导线 10 根，磁吸式发光 led 灯 1 个，扇叶 1 个，2.5 灯泡 5 个，3.8 灯泡 5 个，加厚铝合金包装箱 1 个	4	套	1480	5920
南通市启秀市北学校	2025	学科专用仪器设备	30307401201	磁感线演示板	可投影	4	套	52	208
南通市启秀市北学校	2025	测量专用设备	30202000551	电子天平	1000g, 0.1g	4	台	196	784
南通市启秀市北学校	2025	学科专用仪器设备	30307306400	焦耳定律演示器	产品由演示板、贮气盒两只，电阻： 5Ω 线绕电阻、玻璃管 2 根等组成。1、电源电压：直流稳压 6V；电流小于 2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸 $290\text{mm}\times 245\text{mm}\times 4\text{mm}$ ；演示板上印刷有刻度线，每 5mm 为短刻线、10mm 为长刻线，并标有数字，刻线数量不小于 13 条。3、贮气盒采用透明塑料制，尺寸： $78\text{mm}\times 78\text{mm}\times 30\text{mm}$ 。4、在 10 分钟内，演示效果明显。	4	套	48	192

南通市启秀市北学校	2025	学科专用仪器设备	30307204200	空气压缩引火仪	1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。	4	个	24	96
南通市启秀市北学校	2025	学科专用仪器设备	30307102100	马德堡半球	1、铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为 3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为 0.0677Mpa(500mmHg)，经 30 分钟后，其压强不低于 0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于 1.5 级真空表测量。2、半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm。3、半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。4、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。5、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匹配。	2	套	96	192

南通市启秀市北学校	2025	模型	30407000701	汽油机模型	压缩比 1: 6, 模型的正面是沿气缸纵轴剖开的断面, 中间圆柱形空腔是气缸, 包括缸体底座等部件全部为全金属材质, 无毛刺、气孔; 气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。气缸里上下移动的是活塞 (制成整体形), 气缸下面的方形空腔是曲轴箱, 箱内前面一根是曲轴, 通过连杆与活塞连接, 后面一根是凸轮轴, 上有两个角度不同的凸轮, 推动推杆依次上下运动, 并通过摇臂控制气缸顶部的进气阀, 排气阀的开闭, 顶杆与凸轮之间有直径大于顶杆的顶杆头。气缸顶部中间的是火花塞。仪器左边是飞轮, 右边有曲轮正时齿轮, 凸轮轴正时齿轮, 相互啮合的两个正时齿轮的齿数比是 1: 2。模型备有灯光显示装置, 电源电压为 3 伏。模型运转时, 火花塞闪亮, 进气和排气有灯光指示, 可以更直观地说明进气、压缩、点火、排气的动作。160*130*300mm	3	个	496	1488
南通市启秀市北学校	2025	学科专用仪器设备	30307101600	潜水艇浮沉演示器	1. 产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。 2. 透明球体直径 $\geq 70\text{mm}$ 。 3. 吸排气筒容量: $0\sim 20\text{ml}$ 。 4. 透明塑胶管长度 $\geq 20\text{cm}$ 。 5. 各处配合无漏气现象。	3	套	20	60
南通市启秀市北学校	2025	一般教学仪器设备	30199000901	手摇抽气机	适用于中小学实验中的抽气, 抽气极限真空 $\leq 133\text{Pa}$ 。采用双缸交替工作。双缸系统由双气缸体、活塞、双拐曲轴、连杆、密封片和弹簧等组成。缸体和手轮为铸铁铸造成型, 整体外表面烤漆处理。	3	台	320	960

南通市启秀市北学校	2025	学科专用仪器设备	30308000101	水电解演示器	铂电极	3	台	260	780
南通市启秀市北学校	2025	学科专用仪器设备	30307400303	蹄形磁铁	D-CG-LU-80, 附衔铁。外形尺寸: 60mm×16mm×80mm。	4	个	12	48
南通市启秀市北学校	2025	一般教学仪器设备	30199008801	透明盛液筒	1、外形尺寸: 高 300mm±5mm, 直径 100mm±2mm, 壁厚≥2mm; 2、口部圆正, 底部平整, 表面无凸凹平现象; 3、标尺为透明不干胶标尺, 毫米单位, 黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。	4	个	24	96
南通市启秀市北学校	2025	测量专用设备	30205000501	演示测力计	由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成, 刻度板为塑料制品, 外形尺寸: 310mm×85mm×8mm, 中间槽孔尺寸: 272mm×25mm, 刻度值为 0N~2N, 最小分度值为 0.1N、最大分度值为 0.5N。右左侧刻度线一致。	4	个	40	160
南通市启秀市北学校	2025	器材	30801007301	羊角锤	250mm	4	把	30	120
南通市启秀市北学校	2025	测量专用设备	30204002201	数字测温仪	1、组成: 由主机、直流电源、免校正测温传感器等组成; 2、材质: 仪器外壳由塑料一次性成型, 传感器金属外壳, 胶木手柄; 3、测量范围: 双路-50 度~+200 度, 分辨率 0.1 度, 可手动和自动切换循环显示; 4、用途: 仪器是一种直接测量各类液体、气体温度的仪器, 可测定-50℃—+200℃范围内的温度, 主要供中学物理、化学教学实验时使用。	3	只	250	750

南通市启秀市北学校	2025	器材	30801000101	测电笔	氖泡式	8	支	5	40
南通市启秀市北学校	2025	学科专用仪器设备	30307101700	液体内部压强实验器	1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内径 $\Phi 36\text{mm}$ ，转轴孔径 $\Phi 4\text{mm}$ 。3、支杆由 $\Phi 4\text{mm}$ 的低碳钢制成，一端弯解为 $90^\circ \pm 1^\circ$ ，表面油漆。	10	套	8	80
南通市启秀市北学校	2025	医疗设备	40206010205	注射器	30ml	10	套	3	30
南通市启秀市北学校	2025	一般教学仪器设备	30199009600	聚光小手电筒	白光单光源，不锈钢铁盒包装，USB 充电线	14	支	20	280
南通市启秀市北学校	2025	学科专用仪器设备	30307403000	手摇交直流发电机	电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸： $290\text{mm} \times 200\text{mm} \times 15\text{mm}$ 。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。	7	个	170	1190
南通市启秀市北学校	2025	一般教学仪器设备	30199004005	生物显微镜	640 $\times$ ，单目直筒，分离式粗微调，目镜：10X、16X，三孔转换器，物镜：4X、10Xs、40Xs，118mm $\times$ 108mm 平台带切片压片，光栏调节板，50 平凹面反光镜，防尘罩，干燥剂。箱（塑料手提箱）包装。	10	台	440	4400
南通市启秀市北学校	2025	器材	30809000200	载玻片	1、规格： $\geq 25\text{mm} \times 76\text{mm}$ ，厚度：1mm； 2、材质：产品为钠钙玻璃制品； 3、用途：用于制作临时装片。	28	盒	8	224

南通市启秀市北学校	2025	玻璃仪器	30605008104	表面皿	100mm	30	个	2.2	66
南通市启秀市北学校	2025	学科专用仪器设备	30307400701	菱形小磁针	一套 16 个，带底座，小磁针宽大于 3mm	30	套	10	300
南通市启秀市北学校	2025	玻璃仪器	30605008101	表面皿	60mm	50	个	1.5	75
南通市启秀市北学校	2025	学科专用仪器设备	30309000100	解剖器	1. 用优质不锈钢制成。 2. 由圆刃解剖刀、直刃解剖刀、尖头解剖剪、剪毛解剖剪、普通镊子、弯头镊子、解剖针等组成。	50	套	33	1650
南通市启秀市北学校	2025	玻璃仪器	30605000501	镊子	不锈钢制 125mm	50	个	2	100
南通市启秀市北学校	2025	一般教学仪器设备	30199009100	试剂瓶托盘	1、本盘平时放于药品柜中，尺寸约 300mm×200mm×55mm，短边有提耳，一盘内可同时放小试剂瓶 30 个以内。2、短边两侧有放置试管的孔，单边孔径分别为：Φ20mm 孔 3 个，Φ16mm 孔 4 个，Φ7mm 孔 4 个。3、材质为耐酸碱塑料注塑成型，化学稳定性好，防止化学药品的腐蚀。	20	个	32	640
南通市启秀市北学校	2025	一般教学仪器设备	30199009301	塑料水槽	250mm×180mm×100mm	20	个	16	320
南通市启秀市北学校	2025	器材	30809000300	盖玻片	1、规格：≥18mm×18mm，厚度：0.15mm； 2、材质：产品为钠钙玻璃制品； 3、用途：用于制作临时装片。	58	包	6	348

南通市启秀市北学校	2025	一般教学仪器设备	30199009401	碘升华凝华管	1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度 $\geq 45\text{mm}$ ，直径 $\geq 30\text{mm}$ 。管内密封碘的质量 ≥ 0.1 克。2、手柄长 $\geq 70\text{mm}$ ，直径为 $\Phi 6 \pm 1\text{mm}$ 。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在 90°C 热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐 80°C 温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时 ≤ 2 分钟。	30	个	7	210
南通市启秀市北学校	2025	测量专用设备	30204000201	红液温度计	$0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$	30	支	2.5	75
南通市启秀市北学校	2025	测量专用设备	30205000195	条形盒测力计	10N。1. 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2. 盒体外形尺寸： $150\text{mm} \times 35\text{mm} \times 18\text{mm}$ 。3. 最小刻度： 0.2N 。4. 金属表面防锈处理，高精度。	30	个	15	450
南通市启秀市北学校	2025	玻璃仪器	30602000103	试管	$\Phi 18\text{mm} \times 180\text{mm}$	200	支	0.9	180
南通市启秀市北学校	2025	玻璃仪器	30602000104	试管	$\phi 20\text{mm} \times 200\text{mm}$	200	支	1.3	260
南通市启秀市北学校	2025	玻璃仪器	30605009102	塑料多用滴管	4mL	200	支	0.8	160
南通市启秀市北学校	2025	玻璃仪器	30602000102	试管	$\Phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$	320	支	0.6	192

通州区通海中学	2025	一般教学仪器设备	30199004006	生物显微镜	型号：XT-3B-40X 1、放大倍数：20X、 40X 2、目 镜：WF10X(ϕ 18mm)。 3、物 镜：2X、4X，确保像面齐焦。 4、镜 筒：双目 45° 斜筒， 瞳距 55-75mm，可加配显示屏、电子目镜方便连接电脑。 5、屈 光 度：双目视度调节范围 $\pm$ 5。 6、视场范围： ϕ 28mm。 7、工作距离：57mm。 8、调节机构：调焦手轮松紧可调，升降范围 40mm。 9、底 座：立柱式底座。 10、照 明：上下光源，12V/10W 卤素灯。	1	台	1120	1120
通州区通海中学	2025	玻璃仪器	30605006101	橡胶塞	上直径 24mm/下直径 18mm/高 26mm，100 个/包	1	包	66	66
通州区通海中学	2025	一般教学仪器设备	30199000500	打孔夹板	1. 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。2. 产品长 170mm，宽 40mm。3. 上、下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，强度好。4. 上夹板应备有直径为 6mm、8mm、10mm、12mm 直穿孔 4 个。5. 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于 80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。6. 上夹板、下夹板厚 10mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。	2	个	55	110

通州区通海中学	2025	试剂	30701010211	活性炭	500g/瓶	2	瓶	23	46
通州区通海中学	2025	试剂	30750000401	品红	25g/瓶	2	瓶	30	60
通州区通海中学	2025	玻璃仪器	30601000106	量筒	100ml	6	个	5.4	32.4
通州区通海中学	2025	一般教学仪器设备	30102000101	学生电源	直流 1.5V~9V/1.5A，采用同步调压电路（硅钢片式电源变压器），每 1.5V 一档, 有可控硅延时过载保护功能(有独立过载指示灯显示)，有过载保护恢复按钮，接线柱具有接、插功能，内置式保险丝，面板与金属机箱采用 ABS 围框隔离，外形尺寸不于 210×185×110mmmm。其余参数应符合 JY0361-1999 标准。	5	台	240	1200
通州区通海中学	2025	一般教学仪器设备	30101001100	滴定夹	1、塑料制，外形光滑美观。2、固定支杆的部位为塑料带凹槽，滴管夹子弹性强，夹持牢固。3、外形尺寸：230mm×120mm。	10	个	14	140
通州区通海中学	2025	测量专用设备	30202000502	电子天平	最大载荷 100g，分度值 0.01g	5	台	236	1180
通州区通海中学	2025	学科专用仪器设备	30309001704	解剖镊	阔头，125mm	10	把	6	60
通州区通海中学	2025	学科专用仪器设备	30309001703	解剖镊	尖头，125mm	10	把	10	100

通州区通海中学	2025	学科专用仪器设备	30309000201	解剖盘	1. 产品为盛有石蜡的金属盘。 2. 解剖盘不锈钢板冲压成型。 3. 金属盘外尺寸：260mm×190mm×15mm。 4. 石蜡体积：220mm×150mm×3mm。	10	个	24	240
通州区通海中学	2025	学科专用仪器设备	30309000100	解剖器	1. 用优质不锈钢制成。 2. 由圆刀解剖刀、直刀解剖刀、尖头解剖剪、剪毛解剖剪、普通镊子、弯头镊子、解剖针等组成。	10	套	33	330
通州区通海中学	2025	玻璃仪器	30605008403	培养皿	90mm	10	个	10.1	101
通州区通海中学	2025	器材	30801009901	砂轮片	断玻璃管用	10	片	7	70
通州区通海中学	2025	学科专用仪器设备	30308000200	水电解实验器	1. 使用电源电压：DC16~24V； 2. 底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成； 3. 电极为合金。 4. 玻管：外径 15±1mm，长度 260±3mm，容积约 35mL； 5. 活塞密封性能良好。 6. 玻件应光洁透明，厚度不小于 1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。 6. 底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。	10	台	30	300
通州区通海中学	2025	测量专用设备	30299000601	酸度计(pH计)	笔式，测量范围：0.0~14.0pH，分辨率：0.01PH，精度：±0.02PH，温度 0℃~50℃（32-122F），温度 0.1℃（1F），温度 1℃（2F），工作电压：1.5V 电池*4PCS，工作温度：0℃~50℃（32-122F），校正：25℃3 点校准 4.0 6.86 9.18，高度 185，直径 40。	5	台	140	700
通州区通海中学	2025	器材	30801005000	小刀	金属刀片，塑料手柄	10	个	1	10
通州区通海	2025	医疗设	40206000400	医用剪刀	不锈钢材质	10	套	16	160

中学		备							
通州区通海中学	2025	玻璃仪器	30603000101	酒精灯	150mL, 单头	15	个	9	135
通州区通海中学	2025	玻璃仪器	30602000204	具支试管	$\Phi 20\text{mm} \times 200\text{mm}$	20	支	2	40
通州区通海中学	2025	器材	30820061300	抹布	30*30cm	20	条	2	40
通州区通海中学	2025	玻璃仪器	30605006303	乳胶管	外径 9mm、内径 6mm	20	米	5.4	108
通州区通海中学	2025	学科专用仪器设备	30307402800	小型电动机实验器	模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、一字螺丝刀、扳手、连接导线组成。机架用优质工程塑料制作, 外形尺寸为 $93.5\text{mm} \times 48.6\text{mm} \times 90.5\text{mm}$, 磁钢尺寸为 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 19.5\text{mm}$, 换向器、电刷用磷铜制作, 连接导线两端为 Y 型线夹。	10	套	20	200
通州区通海中学	2025	玻璃仪器	30605000701	水止皮管夹	钢丝制成	30	个	2	60
通州区通海中学	2025	学科专用仪器设备	30307303900	单刀开关	1、由底座, 接线柱, 闸刀, 刀座, 刀承和绝缘手柄组成。2、底座: 黑色塑料, 尺寸: $74\text{mm} \times 34\text{mm} \times 10\text{mm}$, 工作电压不超过 36V, 工作电流不超过 6A。	30	个	10	300
通州区通海中学	2025	一般教学仪器设备	30102000802	电池盒	4 个电池盒为 1 组。1. 仪器可放置 1 节 1 号电池。外形尺寸 $81 \times 43 \times 29\text{mm}$ 。2. 各触点使用铜材料; 要求接触良好, 整体结构结实牢固, ABS 塑料件光滑、无毛刺。	30	个	20	600

通州区通海中学	2025	学科专用仪器设备	30307304204	滑动变阻器	50Ω，1.5A 铝合金支架，6mm 六角滑竿，0.5mm 康铜线，瓷管尺寸不小于Φ30×185mm，全铜滑动头，磷铜接触片单面面积不小于12×41mm, 表面镀镍，滑动头与电阻丝行程有定位装置，4只接线柱。其余参数应符合 JY0028 标准要求。	30	个	77	2310
通州区通海中学	2025	玻璃仪器	30602001005	烧杯	玻璃制，容量 250mL	40	个	5.1	204
通州区通海中学	2025	测量专用设备	30206000603	直流电流表	机械指针式，外磁系，准确度为 2.5 级，量程为：-0.2A-0-0.6A，-1-0-3A；分流电阻采用锰铜丝绕制而成。三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。符合国际《电测量指示仪表通用技术条件》GB776-76 第三条, 输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，Φ4mm 铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能。及 0.4mm 厚铝材刻度标牌!每只表都贴有防划保护膜。重量约：252g，其余按 JY0330—1993	30	只	48	1440
通州区通海中学	2025	测量专用设备	30206000802	直流电压表	机械指针式，外磁系，准确度为 2.5 级，量程为：-1V-0-3V — -5V-0-15V；三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。符合国际《电测量指示仪表通用技术条件》GB776-76 第三条, 输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，Φ4mm 铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能。及 0.4mm 厚铝材刻度标牌!每只表都贴有防划保护膜。重量约：252g，其余按 JY0330—1993	40	只	48	1920
通州区通海中学	2025	玻璃仪器	30605008401	培养皿	60mm	40	个	4.2	168

[illegible]