

项目需求

采购人南通市竹行中学对南通市竹行中学实验室仪器柜采购安装项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、项目概况

1. 项目名称：南通市竹行中学实验室仪器柜采购安装项目
2. 项目预算资金：32000 元
3. 项目地点：南通市竹行中学
4. 项目具体型号

设备名称	规格参数	单位	数量
仪器柜	1. 规格尺寸：1000*500*2000mm，PP 材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性 PP 材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理, 保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性 PP 材质注塑模一次成型, 外嵌 4.6mm 厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性 PP 材质注塑模一次成型, 外嵌 4.6mm 厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性 PP 材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性 PP 材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的 PP 材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP 材质，可选不锈钢 304 材质 ★1、所投产品生产厂家须提供符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》至少包含产品有害物质：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)、硒(Se)的合格检测； 2、所投产品生产厂家须提供符合 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检验项目至少包含邻苯二甲酸酯 6 项、16 种多环芳烃、苯并(a)芘、重金属 4 项、多溴联苯、多溴二苯醚的合格检测。 3、所投产品生产厂家须提供符合 GB/T 4893.8-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第 4 部分 耐磨性测定法》至少包含耐磨性（2000 转）检测。 5、所投产品生产厂家须提供符合甲醛释放量要求的合格检测； 6、★中标后签订合同前须提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有 CMA、CNAS 认证的由省级或省级以上检测机构出具的符合标准的仪器柜检测报告复印件，加盖制造商鲜章。否则，视为虚假应标。	个	12

5. 质量标准： 必须符合技术参数及规格要求，必须是合格产品。

二、履约保证金：本项目不涉及。

三、项目合同款支付

1. 项目验收合格后付至合同价的 100%。

2. 每次支付项目款前，承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票。承包人未提供符合要求的发票的，发包人有权拒绝付款。

四、项目其他要求：

1. 投标人应严格按照采购文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品。所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收。

2. 投标人必须根据采购单位要求安装，响应单位应现场查勘后综合考虑后报价（一些辅材要包括在内），采购方不再增加任何费用。

3. 投标人报价包括所有货物的供货、备品备件、运输、检验、送货、装卸、保管、安装、调试、各种税费、专利技术、质保、售后服务及其他伴随服务等一切必须费用，采购方不再支付其他任何费用。

4. 在 1 个月内完成采购任务，并完成安装调试。

5. 评标委员会负责具体评标事务。